

MATERIALES DE SEGURIDAD BIOLÓGICA




**José Luis Micó
José Antonio Forcada
Sonia Casanova**

**Grupo de Trabajo en Riesgos Biológicos.
CECOVA**



Consejo de Enfermería
de la Comunidad
Valenciana
















STRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓ



1. Desdoblar la mascarilla por la parte superior completamente



2. Suavemente pre-ajuste la pieza nasal




3. Con la mascarilla hacia abajo, sacar las dos cintas elásticas




4. Separar con los dedos índices una cinta de la otra y estirarlas



5. Colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz



6. Llevar las cintas por encima de la cabeza




7. Colocar una de las cintas en la nuca, y la otra en la parte superior de la cabeza




8. Moldear la mascarilla para ajustarla a la cara y conseguir un buen sellado


7. AISLAMIENTO RESPIRATOR




1. Separe la mascarilla
para abrirla completamente



2. Suavemente pre-ajuste
la pieza nasal




3. Con la mascarilla hacia abajo, sacar las dos cintas elásticas




4. Separar con los dedos índices una cinta de la otra y estirarlas



5. Colocar la mascarilla
bajo la barbilla



6. Llevar las cintas por encima de la cabeza





7. Colocar una de las cintas en la nuca, y la otra en la parte superior de la cabeza



8. Moldear la pieza nasal y
ajustar la mascarilla para
conseguir un perfecto ajuste facial









Clasificación EN 149	Referencia	Válvula/ Sí n válvula	% Eficiencia de filtración mínima	% Fuga total hacia el interior máxima	
FFP1S	1861	Sí n válvula	78	22	
FFP2S	1862	Sí n válvula	92	8	
FFP2S	1872V	Válvula	92	8	
FFP3S	1863	Sí n válvula	98	2	
FFP3S	1873V	Válvula	98	2	